

みみだより

補聴器・人工内耳を毎日乾燥させましょう

補聴器の故障原因で多いのは、汗や湿気によるものです。湿度の高い梅雨の季節は特にしっかり乾燥させましょう。また、乾燥材は定期的な交換が必要です。色が青からピンクに変わったら必ず交換してください。

人工内耳は毎日、本体と送信コイルを綿 100%（静電気が起こりにくい）のやわらかい乾いた布で拭きましょう。週に 1 回、接続端子の金属部分もアルコールをしみこませた綿棒で拭いてあげてください。金属部分に汚れが付着したり、さびが発生すると接触不良の原因になります。このとき、金属部分を直接手で触らないように気を付けましょう。

シリカゲル交換のタイミング



中のツブツブや、真ん中の四角いシートがピンクになったら交換です。

人工内耳のお手入れ



ここをキレイにします！

水泳の授業がはじまります

学校によって日程は異なると思いますが、そろそろ水泳の授業がはじまる頃でしょう。水泳時の補聴機器の管理について、今一度保護者の方や担任の先生と確認をしてください。

☆プールに入るときは必ず補聴器をはずし、用意したケースに保管しましょう。

☆水泳の授業終了後は、髪の毛全体や耳の後ろを念入りに拭くようにしましょう。



第 1 回合同通級（通級開級式）

5 月 27 日(水)に第 1 回合同通級をおこないました。通級生 5 名（小学生 1 名、中学生 4 名）と保護者、在籍校の先生が参加されました。

次に通級生が集まるのは 7 月 29 日(水)の第 2 回合同通級（サマースクール）です。夏休みに皆さんと活動できることを楽しみにしています。

6 月の補聴器相談日

6 月 18 日(木) 東神実業

7 月の補聴器相談日

7 月 2 日(木) 神戸ヒヤリング

16 日(木) 東神実業

※イヤモールドの作成希望の方は、事前に耳掃除を済ませて来室してください。

耳垢がつまっていると、耳型を取るできません。

